

# O Z N Á M E N Í č. 34/02

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  
o státním etalonu

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 5 odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb. oznamuje, že etalon

## **objemové hmotnosti obilí,**

jehož uchováváním je pověřen Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Pardubice, byl schválen jako státní etalon České republiky.

Etalon je realizován podle Mezinárodního doporučení BIPM - IR č. 15.  
Nejistota etalonu je 0,034 kg/hl.

Další technické údaje včetně metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacím protokolu č. 21 ze dne 3. června 2002, uloženém v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie Českého metrologického institutu v Praze.

Etalonu je přiděleno kódové označení ECM 129-1/02-021  
Garantem etalonu byla jmenována Ing. Milada Racková.

Předseda ÚNMZ:  
Ing. Šafařík – Pštrosz, v. r.

